

**Примеры контрольных измерений полученных доз
при различных настройках системы разлива DF600**

Трубка	13#		13#		13#		13#		14#	
Объем наполнения, мл	0,1		0,3		0,5		1		2	
Длительность наполнения, с	0,5		0,7		1		2		1	
Фактический объем наполнения, мл	0,1000	0,0996	0,3000	0,3010	0,5008	0,5003	1,0004	1,0013	2,0030	2,0033
	0,1017	0,0975	0,2979	0,3030	0,5034	0,5008	1,0000	1,0013	2,0030	2,0153
	0,1004	0,0976	0,3013	0,2992	0,4998	0,5003	0,9990	1,0029	2,0125	1,9875
	0,1000	0,1006	0,2985	0,2979	0,5020	0,5011	1,0011	1,0049	1,9861	2,0100
	0,1006	0,0995	0,3020	0,3004	0,5007	0,5002	1,0035	1,0016	2,0116	2,0092
	0,0986	0,1015	0,3030	0,3019	0,5038	0,5037	1,0014	1,0019	1,9987	2,0024
	0,1015	0,0988	0,3023	0,3012	0,5021	0,5025	1,0014	1,0048	1,9984	2,0103
	0,0988	0,0991	0,2993	0,2978	0,5023	0,5005	1,0014	0,9963	2,0143	1,9915
	0,1006	0,0996	0,2993	0,3031	0,5010	0,5010	0,9999	1,0038	1,9973	2,0045
	0,0991	0,0993	0,2974	0,3022	0,4995	0,5000	1,0015	1,0040	2,0110	2,0133
Погрешность наполнения, %	-2,500		-0,867		-0,100		-0,370		-0,500	
	1,700		1,033		0,760		0,490		0,493	

Трубка	14#		19#		16#		25#/15#	
Объем наполнения, мл	3		5		7		10	
Длительность наполнения, с	1,5		1,2		1		1	
Фактический объем наполнения, мл	3,0147	3,0088	4,9933	4,9838	7,0184	6,9795	9,9400	10,0400
	2,9861	3,0000	5,0069	5,0208	7,0197	6,9834	10,0300	10,0500
	3,0125	3,0019	4,9914	5,0031	7,0178	6,9946	10,0700	10,0200
	2,9897	3,0138	4,9540	4,9687	7,0120	6,9975	10,0200	9,9700
	3,0037	2,9896	5,0068	5,0237	7,0242	6,9868	10,0000	9,9500
	2,9905	3,0148	4,9957	4,9841	7,0132	7,0133	9,9800	10,0200
	3,0063	2,9921	4,9950	5,0239	7,0149	7,0195	9,9200	10,0600
	2,9850	3,0128	5,0029	5,0032	7,0213	7,0121	10,0400	10,0400
	3,0038	2,9905	4,9963	4,9584	7,0093	7,0190	10,0600	10,0500
	2,9917	3,0059	4,9571	5,0250	7,0215	7,0125	10,0400	9,9600
Погрешность наполнения, %	-0,500		-0,920		-0,293		-0,800	
	0,493		0,500		0,346		0,700	

Трубка	25#/15#		25#/15#		17#/24#		17#/24#	
Объем наполнения, мл	15		20		30		50	
Длительность наполнения, с	1		1,2		1,2		2	
Фактический объем наполнения, мл	15,0000	14,9500	19,9600	19,9300	29,9100	29,9400	50,0600	49,9200
	15,0000	15,0300	19,9400	20,1000	29,9900	29,9200	50,0400	50,0000
	15,0300	15,0300	20,0600	20,0000	30,1800	29,9300	49,9900	49,9900
	14,9900	15,0600	19,9900	19,9100	30,1000	30,0100	49,8500	49,7800
	15,0400	15,0300	19,9600	20,0200	29,9700	30,1800	50,0800	49,8200
	15,0400	14,9900	19,9200	20,1000	29,9700	30,0500	50,1100	49,9100
	15,0300	15,0300	19,9700	20,0100	30,1800	29,9600	49,9800	50,0500
	15,0700	14,9400	20,0400	19,9700	29,8100	29,8800	49,8700	49,9300
	14,9000	15,0100	20,0000	19,9900	30,1800	30,0100	49,9200	49,8400
15,0100	15,0000	20,0000	20,0900	29,9500	30,1800	50,1200	49,8400	
Погрешность наполнения, %	-0,667		-0,450		-0,633		-0,440	
	0,467		0,500		0,600		0,240	

Трубка	18#		18#		35#		36#	
Объем наполнения, мл	80		100		150		200	
Длительность наполнения, с	2,5		3		4		4	
Фактический объем наполнения, мл	79,9700	79,7400	99,8300	100,0400	149,4100	149,4200	199,4800	199,9000
	80,2200	79,7800	100,3500	99,6600	150,4300	149,9400	199,9000	200,5400
	80,2800	79,8000	99,9700	100,0800	149,7600	150,2700	199,6600	200,6000
	80,1100	80,0100	100,3700	99,5700	150,0400	149,3400	199,7200	199,9600
	80,0000	80,1700	100,0900	100,0100	150,4200	149,8600	199,8600	199,9400
	79,9000	79,8500	100,2600	99,9900	149,5500	150,2500	200,0200	200,0200
	79,9200	79,7600	100,0800	99,7900	150,3200	149,2800	199,2000	199,9800
	80,2900	79,8500	100,1500	100,1400	149,7500	150,0300	199,8800	200,0600
	80,1300	80,0300	100,1600	99,7200	149,6500	149,9200	199,8600	199,9200
	80,0300	80,2200	99,8900	100,1700	150,2900	149,4700	199,4800	200,1800
Погрешность наполнения, %	-0,325		-0,430		-0,480		-0,400	
	0,363		0,370		0,287		0,300	